FLOCARE® NUTRISOFT

≤8 WOCHEN

Produktbeschreibung

- transnasale, weiße Sonde aus gewebefreundlichem und flexiblem Qualitätssilikon
- runde Austrittslöcher für noch mehr Knickstabilität und Sicherheit
- wahlweise mit gleitmittelbeschichtetem Mandrin (hydromerbeschichtet) **
- internationale Farbkodierung der Konnektoren nach CH-Größe
- mit ENFit™ Konnektor > inkompatibel mit Luer- und ENLock-Anschlüssen

Anwendungshinweise

- Einsatz: mittelfristig (bis zu 8 Wochen)
- für spezielle Patient:innengruppen (z.B. pädiatrische Patient:innen, HNO-Patient:innen, Intensivpatient:innen)
- Beginn der Nahrungsapplikation nach Lagekontrolle, entweder röntgenologisch oder durch Aspiration von Magensaft > pH-Wert-Messung* (pH-Wert < 5,5)

Weitere Produkteigenschaften und deren Nutzen

sehr flexibles und dauerweiches Qualitätssilikon	>	reduziert die Schleimhautbelastung > mehr Patient:innenkomfort
extrem weiches, gewebefreundliches Material	>	reduziert das Fremdkörpergefühl und die Gefahr der Entstehung von Drucknekrosen > mehr Wohlbefinden bei Patient:innen
runde Austrittslöcher für erhöhte Knickstabilität	>	• einfaches und sicheres Legen • reduziertes Risiko eines seitlichen Austretens des Mandrin
atraumatische, geschlossene Sondenspitze	>	möglichst geringes Verletzungsrisiko > mehr Sicherheit für Ihre Patient:innen
angebrachte Positions-Markierungen	>	Erleichterung der Platzierung
wahlweise mit gleitmittelbeschichtetem Mandrin (hydromerbeschichtet)**	>	einfaches und sicheres Legen
mit ENFit™ Konnektor	>	keine Verwechslungsgefahr mit i.v.-Systemen feste Schraubverbindung für eine sichere Verabreichung von Sondennahrung
drehbarer ENFit™ Konnektor	>	leichtes Lösen der Verbindung zwischen Sonde und Überleitsystem
voll röntgenkontrastfähig	>	Erleichterung der Lagekontrolle > Sicherheit für Ihre Patient:innen

* pH-Wert-Messung nicht geeignet bei Patient:innen, die Protonenpumpen-Inhibitoren erhalten, dies führt zu einer Veränderung des pH-Wertes.

** Hydromerbeschichtung wird durch Spritzen von 10-20 ml Wasser vor Entfernen des Mandrins aktiviert.

Handelsform Nutrisoft mit ENFit™ Konnektor

PZN	Art.-Nr.	SAP-Nr.	HiMi.-Nr.	Bezeichnung	CH	Ansatz	Innen Ø in mm	Außen Ø in mm	Länge in cm	VPE
Kindersonden										
08626093	594563	94563	03.36.02.3001	Flocare® NUTRISOFT	8	ENFit™	1,8	2,6	60	10 St.
08626087			03.36.02.3001	Flocare® NUTRISOFT	8	ENFit™	1,8	2,6	60	1 St.
Magensonden										
13874522	594565	94565	03.36.02.3012	Flocare® NUTRISOFT M	14	ENFit™	2,8	4,9	110	10 St.
13874539			03.36.02.3012	Flocare® NUTRISOFT M	14	ENFit™	2,8	4,9	110	1 St.
18827119	695648	195648	beantragt	Flocare® NUTRISOFT M	17	ENFit™	3,9	5,7	110	10 St.
18827131			beantragt	Flocare® NUTRISOFT M	17	ENFit™	3,9	5,7	110	1 St.
Dünndarmsonden										
08626294	594564	94564	03.36.02.3012	Flocare® NUTRISOFT M	10	ENFit™	2,3	3,2	125	10 St.
08626288			03.36.02.3012	Flocare® NUTRISOFT M	10	ENFit™	2,3	3,2	125	1 St.

M = Sonde mit bereits vormontiertem, gleitmittelbeschichtetem Mandrin (hydromerbeschichtet)