Elastische Fingerpflaster

REF 19910, 152580, 157288

November 2023

1. Zusammensetzung der Anwendungsform (Produkt)

Die elastischen Fingerpflaster bestehen aus:

- Gewebe: 70% Viskose, 30% Polyamid
- Klebstoff: zinkoxidhaltiger Synthesekautschukklebstoff auf Basis Styrol-Isopren-Styrol-Copolymer (SIS-Copolymer)
- Wundkissen: Saugschicht: - 75% Viskose, 25% Polypropylen/Polyethylen
  Wundkontaktschicht: - Netzfolie aus Polyethylen

Die klebende Seite ist mit Silikonpapier abgedeckt.

Das Produktdatenblatt ist für folgende Artikel gültig:

REF	Produktbezeichnung	Merkmal
19910	Ratioline® ELASTIC Fingerpflaster	2 x 12 cm
152580	Raucosan® ELASTIC Fingerpflaster	2 x 12 cm
157288	Flawa® FINGER PLAST Pflaster	2 x 12 cm

2. Aufbau / Struktur der Verpackung

2.1 Grundpackung / Unit Container

siehe 2.2.

2.2 Handelspackung / Shelf Container

1 Faltschachtel à 10 Stück, bestehend aus Zellulose

2.3 Versandpackung / Transit Container

1 Wellfaltkiste, bestehend aus Zellulose

REF	Stück	Anzahl Faltschachteln
19910, 157288	400	40
152580	150	15

3. Herstellung

Die elastischen Fingerpflaster werden unter hygienischen Bedingungen nach Vorgaben hergestellt und gemäß der Verpackungsbeschreibung verpackt.

4. Beschreibung

Elastische, luft- und wasserdampfdurchlässige Pflaster mit dezentralem Wundkissen.

5. Eigenschaften

- atmungsaktiv
- anschmiegsam
- geringes Verklebungsrisiko im Wundbereich durch Netzfolie
- hautfreundlich

Bei der Herstellung der oben genannten Produkte werden Naturkautschuklatex-haltige Rohstoffe nicht absichtlich eingesetzt. Etwaige Kontaminationen durch Latexspuren aus der Produktion oder der Umgebung können wir nach derzeitigem Wissensstand jedoch nicht völlig ausschließen.

6. Zweckbestimmung / Anwendung

Die elastischen Fingerpflaster sind zur Versorgung von Verletzungen am Finger bestimmt.

7. Zuordnung / Klassifizierung

Die elastischen Fingerpflaster sind gemäß Regel 4 ein Medizinprodukt der Klasse I (gemäß Richtlinie 93/42/EWG, Anhang IX und Verordnung (EU) 2017/745).

8. Biologische Beurteilung und Verträglichkeit

Die nach ISO 10993-1 durchgeführte biologische Risikobewertung bestätigt die Sicherheit und akzeptable Biokompatibilität der elastischen Fingerpflaster innerhalb ihrer Zweckbestimmung.

9. Anforderungen an Sicherheit/Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe

Pflasterstoff:

- Farbstoffe

Klebstoffbeschichtung:

- Zinkoxid (CAS No. 1314-13-2, 10-20%)

Weitere Informationen zu bedenklichen Inhaltsstoffen liegen uns derzeit nicht vor.

10. Haltbarkeit

Bei sachgemäßer Lagerung – trocken, vor Staub und Licht geschützt - beträgt die Haltbarkeit der elastischen Fingerpflaster 5 Jahre ab Herstelldatum.

11. Entsorgung

Der Verwender hat die jeweils national gültigen Gesetze, Normen und Richtlinien zur Entsorgung von Abfall aus dem medizinischen Bereich zu beachten.
Auch bei der Entsorgung der Verpackungsmaterialien sind nationale Anforderungen zu berücksichtigen.

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
D-56579 Rengsdorf
ppa.

Peter.Grillitsch@at.LRMed.com, Feb 12,2024 09:06:54 AM UTC

Peter Grillitsch
Director Global Marketing